



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



“GEZİCİ RÖNTGEN İSG ARAÇLARINDA” PA GÖĞÜS RADYOGRAFİSİ ÇEKİLEBİLMESİ İÇİN YENİ TİP KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

COVID-19 salgın döneminde gezici röntgen İSG (iş sağlığı ve güvenliği) araçlarında PA (postero-anterior, arka-ön) göğüs radyografisi çekilecek çalışanlar için enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır. COVID-19 hastasıyla, KKD (kişisel koruyucu donanım) kullanmaksızın 1 metreden yakın ve tek seferde 15 dakikadan uzun süreli aynı ortamda bulunmak, damlacık yoluyla bulaşan COVID-19 için yakın temas kabul edilmektedir. Ayrıca hastaların konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları sırasında kontamine olan yüzeylere temas ile de bulaşabilir. Bu nedenle gezici röntgen İSG araçlarında COVID-19 enfeksiyon kontrolüne yönelik bu dokümanda belirtilen önlemlere uyulması gerekmektedir.

İşveren; gezici röntgen İSG aracı, PA göğüs radyografisi çekimi ve gezici röntgen İSG aracında çalışmayla ilgili yeni tip koronavirüs riskine karşı gerekli tedbirler aldığını çalışanlara bildirmelidir.

1

Gezici röntgen İSG aracında PA göğüs radyografisi çekimi aşamalarında; yeni tip koronavirüs salgınında aracın bulunduğu alanı, araç, çekim işlemlerini, araçta çalışan sağlık personeli ve sağlık personeli dışındaki görevli personelin (şoför, vb.) çalışma koşullarını, dikkate alarak mevcut acil durum planını ve risk değerlendirmesini güncelleyin. Yazılı talimatlar oluşturun. Görevli personelin talimatlara uygun çalışmasını sağlayın.

2

Gezici röntgen İSG araçlarında; görevlendirilen sağlık personeline (röntgen teknisyeni, röntgen teknikeri, vb.) ve sağlık personeli dışındaki personele (şoför, vb.) yeni tip koronavirüsün yayılma yolları, belirtileri, alınacak önlemler ile PA göğüs radyografi çekimi işlemleri sırasında ve çalışma sırasında yeni tip koronavirüs ile mücadelede dikkat edilecek hususlar hakkında periyodik bilgilendirme yapın, eğitim verin ve kayıt altına alın. Eğitimler, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan materyaller ile uyumlu olsun.

3

Gezici röntgen İSG aracını işyerinde çalışanlara bulaş riski yaratmayacak açık ortamda ve uygun mesafede konumlandırın.

4

Gezici röntgen İSG aracında görevli personele uygun KKD'leri (kişisel koruyucu donanımları) tutanakla verin, verilen KKD'leri uygun ve doğru şekilde kullanma eğitimlerini verin, kayıt altına alın ve KKD'lerin uygun ve doğru şekilde kullanılmasını sağlayın.

5

İşyerlerine PA göğüs radyografisi çekimine gitmeden önce gezici röntgen İSG araçlarının içi ve dışının, kullanılan tüm cihaz ve ekipmanlarının (röntgen cihazı ve ekipmanlarının vb.) özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere dezenfeksiyon ve temizliğini yapın.

6

İşveren işyerinde PA göğüs radyografisinin çekimi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

7

İşyeri hekimi tarafından çalışanların muayenesi yapılarak PA göğüs radyografisi çekilmesi gerekli olanlar belirlenir. İşyeri hekimi tarafından belirlenen çalışanlar dışındaki çalışanların yapılması zorunlu olmayan PA göğüs radyografisi tetkiklerini erteleyin.

8

PA göğüs radyografisi çekimi randevularını, çalışanların giriş-çıkış ve gezici röntgen İSG aracının temizliği ve dezenfeksiyonuna olanak sağlayacak süre göz önüne alarak düzenleyin.

9

Gezici röntgen İSG aracında görevli personel, çalışmaya başlamadan önce ve çalışma süresince el hijyeninin sağlanması için ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı veya alkol içeren el antiseptiği ile en az 20 saniye ovmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir. Gezici röntgen İSG aracı içinde ve dışında görevli personelin ve çalışanların kolaylıkla ulaşabileceği uygun yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. Gezici röntgen İSG aracına giriş ve çıkışta, görevli personel ve PA göğüs radyografisi çekecek çalışanlar çekim öncesi ve çekim sonrası el hijyeninin sağlanması için ellerini en az 20 saniye su ve sabunla yıkamalı veya alkol içeren el antiseptiği kullanmalıdır.

10

PA göğüs radyografisi çekimi yaptıracak çalışanların uygun maske takarak gezici röntgen İSG aracına gelmesini sağlayın.

11

PA göğüs radyografisi çekecek çalışanlar ve diğer çalışanların gezici röntgen İSG araçlarının etrafında beklemelerini önleyin.

12

İşyeri girişlerine, işyeri ilan panolarına ve gezici röntgen İSG aracının üzerine yeni tip koronavirüs salgınından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilerin yer aldığı dokümanları asın ve sözel olarak çalışanların uymaları gereken hususları hatırlatın.

13

Sosyal mesafenin korunmasına dikkat edin.

14

Sağlık çalışanının konumu, tetkiki yapılan çalışandan en az 1 metre uzakta olsun. Eğer 1 m ve daha yakın olması gerekirse gerekli tüm uygun KKD'leri kullansın.

15

Eldiven kullanımının gerekli olduğu durumlarda eldivenin doğru kullanımı, kullanım öncesinde ve kullanım sonrasında el hijyeni sağlanması çok önemlidir. Eldivenin kullanım sonrası uygun bertarafını sağlayın. Görevli sağlık personeli tarafından değiştirilmeyen eldivenler kontaminasyona yol açacağından PA göğüs radyografisi çektirecek çalışanların çevresine dokunmamaya ve el hijyenine özen göstereyin.

16

Çekim öncesi ve çekim sonrası el hijyeninin sağlanması için ellerinizi en az 20 saniye su ve sabunla yıkayın veya alkol içeren el antiseptiği ile en az 20 saniye ovun.

17

PA göğüs radyografisi çektirmek için gezici röntgen İSG aracının yakınına gelen çalışanın öncelikle alkol içeren el antiseptiği kullanılarak el hijyenini sağlayın.

18

Gezici röntgen İSG aracının yakınına gelmeden PA göğüs radyografisi çektirecek çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut ısısını ölçün. Ölçme işlemini yapacak çalışana uygun kişisel koruyucu donanım sağlayın.

19

Ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, aşırı halsizlik, yeni ortaya çıkan tat ve koku alma duyusu kaybı, ishal gibi COVID-19 belirtilerine ait semptomları bulunan PA göğüs radyografisi çektirecek çalışanın maske takması sağlanarak yetkilendirilmiş işyeri sağlık personeline bilgi verin. İşyeri sağlık personelinin bulunmadığı durumlarda bu konularda yetkilendirilmiş işyeri personelinin derhal ALO 184'ü aramasını sağlayın, sağlık yetkililerinin yapacağı yönlendirmelere göre hareket edin.

20

Her PA göğüs radyografisi çekiminin ardından; çalışan gezici röntgen İSG aracından çıkarıldıktan sonra gezici röntgen İSG aracının kapılarını ve pencerelerini açarak doğal havalandırma ile havalandırın, aracın, kullanılan cihazların, ekipmanların ve temas edilen yüzeylerin temizliğini ve dezenfeksiyonunu yapın. Temizlik ve dezenfeksiyonda özellikle dokunulan yüzeylere yoğunlaşın. Su ve deterjanla temizlik sonrası yeni tip koronavirüse etkili uygun bir dezenfektan kullanarak yüzey dezenfeksiyonunu sağlayın. 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum Hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanın. Klor bileşikler yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hassas yüzeyler için %70'lik alkol bir dakika bekletilerek yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir. Çalışanın çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde öncelikle kağıt havlu kullanarak temizlik, sonrasında 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum Hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) ile dezenfeksiyon yapın, aracın kapı ve pencereleri açık olarak kuruyana kadar bekleyin.

21

Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları kullanın.

22

Gezici röntgen İSG aracında radyasyondan korunma amacıyla kullanılan kurşun önlük ve tiroid koruyucu yakalıkların her kullanımdan sonra %70'lik alkol içeren dezenfektanlar kullanarak temizlik ve dezenfeksiyonunu yapın.

23

Temizlik yapan personelin uygun KKD'leri kullanmasını sağlayın.

24

Atıkların tıbbi atık kutusuna atılmasını sağlayın.

25

Röntgen çekimi yapılacak sıradaki çalışanın temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra alın.

26

İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasının önlenmesi ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik düzenlemeleri yapın.

27

Gezici röntgen İSG aracında yiyecek, içecek, mont, çanta, vb. personel eşyalarını bulundurmayın. Araç içerisinde yemek yenilmemeli ve içecek içilmemelidir.

28

Sağlık çalışanının oje, takı, saat, vb. kullanması, sakal bırakması KKD'lerin uygun kullanımını ve dezenfeksiyonu zorlaştırması bakımından risk barındırmaktadır.

29

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeleri ve güncellemeleri takip edin.